

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	01/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
01/01/2021	00:00:00	0.0065	AE	AE	AE	226.6	1.1	12.3	38.6
01/01/2021	01:00:00	0.0066	AE	AE	AE	264.4	2.4	12.9	36.3
01/01/2021	02:00:00	0.0200	AE	AE	AE	174.5	1.1	11.2	42.1
01/01/2021	03:00:00	0.0198	AE	AE	AE	171.9	0.7	10.1	47.5
01/01/2021	04:00:00	0.0186	AE	AE	AE	156.4	0.6	9.4	51.6
01/01/2021	05:00:00	0.0175	AE	AE	AE	200.5	0.8	8.7	55.7
01/01/2021	06:00:00	0.0154	AE	AE	AE	247.1	0.9	8.0	59.6
01/01/2021	07:00:00	0.0120	AE	AE	AE	240.0	1.3	7.8	68.5
01/01/2021	08:00:00	0.0119	0.0310	0.0278	0.0586	189.3	1.0	7.7	65.8
01/01/2021	09:00:00	0.0118	0.0170	0.0271	0.0439	266.8	0.9	10.6	57.3
01/01/2021	10:00:00	0.0194	AE	AE	AE	149.1	0.9	14.3	48.6
01/01/2021	11:00:00	0.0259	AE	AE	AE	95.9	1.4	16.6	40.2
01/01/2021	12:00:00	0.0169	AE	AE	AE	87.7	2.5	18.3	32.5
01/01/2021	13:00:00	0.0164	AE	AE	AE	83.6	2.4	20.4	24.7
01/01/2021	14:00:00	0.0059	AE	AE	AE	219.4	5.1	23.1	8.8
01/01/2021	15:00:00	AE	AE	AE	AE	236.7	6.1	23.5	7.9
01/01/2021	16:00:00	AE	AE	AE	AE	246.1	5.5	23.9	9.2
01/01/2021	17:00:00	AE	AE	AE	AE	238.8	5.1	23.8	9.1
01/01/2021	18:00:00	AE	AE	AE	AE	234.5	3.8	23.2	9.2
01/01/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	257.6	3.3	21.5	11.1
01/01/2021	20:00:00	0.0000	AE	AE	AE	240.8	3.0	20.7	12.9
01/01/2021	21:00:00	0.0000	AE	AE	AE	238.8	3.1	19.8	14.0
01/01/2021	22:00:00	0.0000	AE	AE	AE	246.2	2.1	18.9	16.1
01/01/2021	23:00:00	0.0000	AE	AE	AE	250.7	1.8	17.4	20.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0125	0.024	0.028	0.051
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	02/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
02/01/2021	00:00:00	0.0005	AE	AE	AE	196.2	1.4	15.4	25.1
02/01/2021	01:00:00	0.0019	AE	AE	AE	174.2	1.1	13.3	28.7
02/01/2021	02:00:00	0.0011	AE	AE	AE	191.9	0.9	12.1	32.3
02/01/2021	03:00:00	0.0011	AE	AE	AE	268.8	1.2	10.7	37.1
02/01/2021	04:00:00	0.0000	AE	AE	AE	284.4	2.1	11.0	42.2
02/01/2021	05:00:00	0.0000	AE	AE	AE	174.1	1.0	10.2	45.0
02/01/2021	06:00:00	0.0000	AE	AE	AE	243.0	1.7	9.8	45.4
02/01/2021	07:00:00	0.0002	AE	AE	AE	123.3	1.6	9.0	47.3
02/01/2021	08:00:00	0.0004	AE	AE	AE	61.6	1.5	6.8	68.7
02/01/2021	09:00:00	0.0000	AE	AE	AE	99.6	1.5	6.4	89.5
02/01/2021	10:00:00	0.0000	AE	AE	AE	149.2	1.2	9.3	74.6
02/01/2021	11:00:00	0.0000	AE	AE	AE	84.4	1.5	12.3	53.1
02/01/2021	12:00:00	0.0012	AE	AE	AE	91.6	1.5	14.8	43.5
02/01/2021	13:00:00	0.0022	AE	AE	AE	131.4	1.4	17.6	34.1
02/01/2021	14:00:00	0.0032	AE	AE	AE	117.6	2.1	19.5	25.7
02/01/2021	15:00:00	AE	AE	AE	AE	119.9	2.1	21.2	21.0
02/01/2021	16:00:00	AE	AE	AE	AE	94.8	2.3	22.7	14.3
02/01/2021	17:00:00	AE	AE	AE	AE	98.8	2.3	23.1	12.1
02/01/2021	18:00:00	AE	AE	AE	AE	68.3	2.0	22.2	22.0
02/01/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	132.0	3.6	17.4	45.5
02/01/2021	20:00:00	0.0026	AE	AE	AE	153.0	2.5	15.2	55.9
02/01/2021	21:00:00	0.0027	AE	AE	AE	134.9	2.5	14.2	62.3
02/01/2021	22:00:00	0.0025	AE	AE	AE	121.5	2.5	12.7	71.3
02/01/2021	23:00:00	0.0027	AE	AE	AE	80.6	1.1	11.8	74.6

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	03/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
03/01/2021	00:00:00	0.0029	AE	AE	AE	155.1	0.9	11.0	75.5
03/01/2021	01:00:00	0.0028	AE	AE	AE	110.9	1.3	9.9	80.8
03/01/2021	02:00:00	0.0023	AE	AE	AE	164.8	1.6	8.1	97.6
03/01/2021	03:00:00	0.0023	AE	AE	AE	193.6	1.0	6.6	100.0
03/01/2021	04:00:00	0.0022	AE	AE	AE	273.3	1.6	6.2	100.0
03/01/2021	05:00:00	0.0018	AE	AE	AE	277.7	1.4	5.4	100.0
03/01/2021	06:00:00	0.0015	AE	AE	AE	229.4	0.7	5.1	100.0
03/01/2021	07:00:00	0.0019	AE	AE	AE	247.9	1.3	5.3	100.0
03/01/2021	08:00:00	0.0023	AE	AE	AE	295.6	2.2	5.2	100.0
03/01/2021	09:00:00	0.0024	AE	AE	AE	245.1	1.6	5.1	100.0
03/01/2021	10:00:00	0.0025	AE	AE	AE	155.8	0.9	7.8	90.6
03/01/2021	11:00:00	0.0028	AE	AE	AE	116.7	1.2	11.7	70.8
03/01/2021	12:00:00	0.0037	AE	AE	AE	122.9	2.5	14.3	56.8
03/01/2021	13:00:00	0.0111	AE	AE	AE	115.0	3.3	18.7	34.1
03/01/2021	14:00:00	0.0040	AE	AE	AE	245.7	3.7	22.9	17.4
03/01/2021	15:00:00	AE	AE	AE	AE	267.4	3.7	24.4	9.2
03/01/2021	16:00:00	AE	AE	AE	AE	281.7	3.8	25.0	6.7
03/01/2021	17:00:00	AE	AE	AE	AE	300.3	3.2	24.8	6.8
03/01/2021	18:00:00	AE	AE	AE	AE	293.1	2.6	24.2	7.1
03/01/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	178.7	1.3	21.1	20.9
03/01/2021	20:00:00	0.0034	AE	AE	AE	273.8	1.1	18.7	30.0
03/01/2021	21:00:00	0.0044	AE	AE	AE	304.2	1.6	16.6	36.9
03/01/2021	22:00:00	0.0047	AE	AE	AE	279.8	1.7	15.3	42.4
03/01/2021	23:00:00	0.0046	AE	AE	AE	305.9	1.5	14.2	47.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0033	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	04/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
04/01/2021	00:00:00	0.0033	AE	AE	AE	274.0	1.3	12.9	49.5
04/01/2021	01:00:00	0.0030	AE	AE	AE	268.9	0.8	11.9	55.1
04/01/2021	02:00:00	0.0023	AE	AE	AE	260.3	0.7	10.6	57.3
04/01/2021	03:00:00	0.0022	AE	AE	AE	243.3	0.6	9.9	61.4
04/01/2021	04:00:00	0.0023	AE	AE	AE	217.3	0.5	9.2	64.7
04/01/2021	05:00:00	0.0024	AE	AE	AE	243.8	0.7	8.5	67.6
04/01/2021	06:00:00	0.0030	AE	AE	AE	243.9	0.4	7.8	70.9
04/01/2021	07:00:00	0.0032	AE	AE	AE	207.0	0.6	7.5	70.5
04/01/2021	08:00:00	0.0046	AE	AE	AE	226.4	0.6	7.5	70.3
04/01/2021	09:00:00	0.0063	0.0669	0.0341	0.1005	224.6	0.6	11.1	59.2
04/01/2021	10:00:00	0.0098	AE	AE	AE	126.8	1.0	15.4	44.5
04/01/2021	11:00:00	0.0121	AE	AE	AE	113.3	1.1	16.9	38.4
04/01/2021	12:00:00	0.0092	AE	AE	AE	118.4	1.2	19.7	28.9
04/01/2021	13:00:00	0.0063	AE	AE	AE	103.4	1.4	21.5	18.5
04/01/2021	14:00:00	AE	AE	AE	AE	118.2	1.6	22.8	15.1
04/01/2021	15:00:00	AE	AE	AE	AE	147.8	1.7	23.8	12.1
04/01/2021	16:00:00	AE	AE	AE	AE	115.7	1.7	24.1	10.1
04/01/2021	17:00:00	AE	AE	AE	AE	89.6	1.7	24.2	10.0
04/01/2021	18:00:00	AE	AE	AE	AE	108.9	1.5	23.5	10.5
04/01/2021	19:00:00	AE	AE	AE	AE	112.2	3.4	20.3	27.5
04/01/2021	20:00:00	AE	AE	AE	AE	147.2	2.9	18.1	33.5
04/01/2021	21:00:00	0.0007	AE	AE	AE	142.6	2.2	17.2	34.2
04/01/2021	22:00:00	0.0024	AE	AE	AE	145.3	1.8	16.4	34.8
04/01/2021	23:00:00	0.0016	AE	AE	AE	153.4	1.5	15.2	36.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0046	0.067	0.034	0.101
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	05/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
05/01/2021	00:00:00	0.0020	AE	AE	AE	256.5	0.8	12.9	44.8
05/01/2021	01:00:00	0.0016	AE	AE	AE	228.7	0.7	11.7	48.0
05/01/2021	02:00:00	0.0012	AE	AE	AE	214.1	0.6	10.8	50.8
05/01/2021	03:00:00	0.0009	AE	AE	AE	269.1	0.8	10.1	54.1
05/01/2021	04:00:00	0.0005	AE	AE	AE	205.9	0.6	9.2	58.6
05/01/2021	05:00:00	0.0005	AE	AE	AE	249.0	0.6	8.8	59.9
05/01/2021	06:00:00	0.0003	AE	AE	AE	242.1	0.7	7.9	63.7
05/01/2021	07:00:00	0.0008	AE	AE	AE	251.6	0.5	7.5	62.7
05/01/2021	08:00:00	0.0022	AE	AE	AE	246.8	0.7	7.6	62.7
05/01/2021	09:00:00	0.0027	AE	AE	AE	242.7	0.6	11.3	47.8
05/01/2021	10:00:00	0.0050	AE	AE	AE	164.1	0.9	14.4	38.1
05/01/2021	11:00:00	0.0064	AE	AE	AE	150.8	1.0	16.4	32.5
05/01/2021	12:00:00	0.0057	AE	AE	AE	120.5	1.5	18.0	28.6
05/01/2021	13:00:00	0.0084	AE	AE	AE	126.9	1.9	20.6	20.2
05/01/2021	14:00:00	0.0052	AE	AE	AE	111.4	2.4	22.2	16.5
05/01/2021	15:00:00	0.0042	AE	AE	AE	102.9	2.2	23.5	15.1
05/01/2021	16:00:00	0.0032	AE	AE	AE	130.3	2.3	24.1	14.0
05/01/2021	17:00:00	0.0037	AE	AE	AE	111.0	2.0	24.4	15.0
05/01/2021	18:00:00	0.0015	AE	AE	AE	105.5	3.9	21.5	30.7
05/01/2021	19:00:00	0.0012	AE	AE	AE	126.8	3.9	18.0	40.9
05/01/2021	20:00:00	0.0012	AE	AE	AE	121.0	3.1	16.4	47.5
05/01/2021	21:00:00	0.0014	AE	AE	AE	139.3	1.7	15.6	53.6
05/01/2021	22:00:00	0.0023	AE	AE	AE	220.1	0.9	14.7	53.4
05/01/2021	23:00:00	0.0031	AE	AE	AE	197.7	0.5	13.5	58.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0027	#¡DIV/0!	0.000	#¡DIV/0!
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	06/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
06/01/2021	00:00:00	0.0037	AE	AE	AE	194.5	0.7	12.8	60.0
06/01/2021	01:00:00	0.0031	AE	AE	AE	236.9	0.6	11.8	65.0
06/01/2021	02:00:00	0.0029	AE	AE	AE	281.7	1.1	10.9	70.2
06/01/2021	03:00:00	0.0028	0.0077	0.0238	0.0314	263.9	0.9	10.3	71.8
06/01/2021	04:00:00	0.0024	0.0036	0.0230	0.0266	197.2	0.7	10.0	72.8
06/01/2021	05:00:00	0.0025	0.0027	0.0209	0.0235	230.0	0.7	9.2	75.8
06/01/2021	06:00:00	0.0023	0.0122	0.0208	0.0330	238.4	0.7	8.7	77.0
06/01/2021	07:00:00	0.0029	0.0277	0.0221	0.0499	185.3	0.7	8.4	79.1
06/01/2021	08:00:00	0.0049	0.0776	0.0224	0.1002	198.0	0.6	8.7	78.9
06/01/2021	09:00:00	0.0070	0.0965	0.0308	0.1270	135.0	1.1	12.0	68.6
06/01/2021	10:00:00	0.0123	0.0874	0.0466	0.1350	122.8	1.1	15.4	57.9
06/01/2021	11:00:00	0.0111	0.0226	0.0316	0.0542	159.8	1.4	19.5	40.1
06/01/2021	12:00:00	0.0040	0.0028	0.0059	0.0086	269.5	3.3	22.1	28.1
06/01/2021	13:00:00	0.0027	0.0025	0.0037	0.0062	291.3	4.8	23.2	20.9
06/01/2021	14:00:00	0.0024	0.0022	0.0031	0.0054	281.6	3.8	24.6	18.0
06/01/2021	15:00:00	0.0016	0.0019	0.0034	0.0053	276.6	4.5	25.2	15.3
06/01/2021	16:00:00	0.0011	0.0022	0.0042	0.0064	276.6	3.8	25.8	14.3
06/01/2021	17:00:00	0.0006	0.0020	0.0044	0.0064	280.3	3.7	25.8	13.4
06/01/2021	18:00:00	0.0002	0.0024	0.0083	0.0108	286.8	2.7	25.1	14.8
06/01/2021	19:00:00	0.0003	0.0033	0.0156	0.0188	265.6	2.5	22.9	17.1
06/01/2021	20:00:00	0.0009	0.0211	0.0279	0.0490	209.4	1.0	21.3	19.2
06/01/2021	21:00:00	0.0039	0.0579	0.0303	0.0900	169.4	1.2	20.5	21.9
06/01/2021	22:00:00	0.0025	0.0141	0.0267	0.0407	296.2	1.9	18.8	23.3
06/01/2021	23:00:00	0.0033	0.0052	0.0192	0.0248	205.0	1.5	17.6	20.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0034	0.023	0.047	0.041
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	07/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
07/01/2021	00:00:00	0.0028	0.0042	0.0214	0.0256	161.0	1.6	15.8	40.8
07/01/2021	01:00:00	0.0028	0.0017	0.0165	0.0181	164.9	1.2	14.0	73.3
07/01/2021	02:00:00	0.0022	0.0006	0.0116	0.0122	293.5	1.0	12.6	58.9
07/01/2021	03:00:00	0.0013	0.0005	0.0088	0.0093	299.0	1.2	12.0	38.5
07/01/2021	04:00:00	0.0014	0.0004	0.0101	0.0105	268.9	0.8	11.2	47.8
07/01/2021	05:00:00	0.0015	0.0005	0.0116	0.0123	133.6	0.6	11.0	62.4
07/01/2021	06:00:00	0.0010	0.0008	0.0128	0.0136	272.8	1.0	10.4	71.8
07/01/2021	07:00:00	0.0009	0.0034	0.0170	0.0207	259.9	0.8	10.4	79.0
07/01/2021	08:00:00	0.0010	0.0047	0.0170	0.0215	289.9	1.2	11.0	74.2
07/01/2021	09:00:00	0.0012	0.0103	0.0178	0.0281	287.5	1.4	11.4	74.7
07/01/2021	10:00:00	0.0015	0.0114	0.0172	0.0284	133.5	0.9	13.5	71.4
07/01/2021	11:00:00	0.0024	0.0152	0.0216	0.0370	126.0	1.5	15.5	63.3
07/01/2021	12:00:00	0.0029	0.0100	0.0194	0.0293	117.4	1.7	17.1	59.1
07/01/2021	13:00:00	0.0028	0.0059	0.0152	0.0211	141.6	1.8	18.4	53.4
07/01/2021	14:00:00	0.0024	0.0041	0.0116	0.0159	133.4	2.0	18.8	48.3
07/01/2021	15:00:00	0.0026	0.0024	0.0090	0.0114	126.8	1.3	20.0	42.4
07/01/2021	16:00:00	0.0025	0.0024	0.0109	0.0133	151.4	1.1	20.9	39.3
07/01/2021	17:00:00	0.0024	0.0022	0.0123	0.0145	139.5	1.1	21.1	35.2
07/01/2021	18:00:00	0.0022	0.0045	0.0168	0.0211	90.0	1.6	20.4	37.5
07/01/2021	19:00:00	0.0033	0.0060	0.0216	0.0275	79.5	1.2	18.9	40.0
07/01/2021	20:00:00	0.0024	0.0089	0.0267	0.0355	78.7	1.1	17.0	48.6
07/01/2021	21:00:00	0.0032	0.0224	0.0295	0.0524	288.9	0.9	16.0	52.9
07/01/2021	22:00:00	0.0036	0.0235	0.0293	0.0532	282.0	1.1	14.5	58.8
07/01/2021	23:00:00	0.0037	0.0188	0.0274	0.0461	249.0	0.8	13.8	60.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0022	0.006	0.030	0.023
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	08/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
08/01/2021	00:00:00	0.0034	0.0071	0.0250	0.0319	203.6	0.8	13.3	61.0
08/01/2021	01:00:00	0.0033	0.0049	0.0189	0.0234	295.6	1.2	12.8	62.5
08/01/2021	02:00:00	0.0028	0.0004	0.0146	0.0150	278.7	0.9	12.3	64.3
08/01/2021	03:00:00	0.0027	0.0011	0.0182	0.0192	264.6	0.7	11.9	64.6
08/01/2021	04:00:00	0.0032	0.0167	0.0241	0.0406	165.2	0.8	11.6	67.5
08/01/2021	05:00:00	0.0041	0.0340	0.0262	0.0609	138.0	0.7	11.3	69.9
08/01/2021	06:00:00	0.0034	0.0159	0.0216	0.0375	289.1	0.9	10.5	73.5
08/01/2021	07:00:00	0.0034	0.0207	0.0212	0.0417	242.3	0.5	10.2	74.7
08/01/2021	08:00:00	0.0046	0.0542	0.0218	0.0747	201.0	0.5	9.9	74.5
08/01/2021	09:00:00	0.0039	0.0144	0.0211	0.0354	138.3	1.1	11.1	68.4
08/01/2021	10:00:00	0.0038	0.0115	0.0175	0.0290	156.9	0.9	14.5	55.7
08/01/2021	11:00:00	0.0053	0.0127	0.0203	0.0330	114.4	1.0	17.1	47.9
08/01/2021	12:00:00	0.0086	0.0100	0.0203	0.0303	116.6	1.2	19.3	41.3
08/01/2021	13:00:00	0.0105	0.0074	0.0215	0.0290	120.4	1.6	21.2	36.2
08/01/2021	14:00:00	0.0168	0.0078	0.0229	0.0305	88.0	1.9	23.1	30.5
08/01/2021	15:00:00	0.0083	0.0041	0.0125	0.0167	116.8	2.1	23.8	26.7
08/01/2021	16:00:00	0.0056	0.0027	0.0098	0.0127	111.5	2.1	24.7	25.2
08/01/2021	17:00:00	0.0040	0.0028	0.0100	0.0128	135.8	3.8	23.8	28.4
08/01/2021	18:00:00	0.0019	0.0027	0.0101	0.0130	110.3	4.7	20.4	39.5
08/01/2021	19:00:00	0.0018	0.0026	0.0128	0.0154	125.0	4.3	17.7	52.8
08/01/2021	20:00:00	0.0016	0.0028	0.0143	0.0171	116.5	3.0	16.3	56.1
08/01/2021	21:00:00	0.0014	0.0030	0.0139	0.0168	122.5	3.9	15.3	60.4
08/01/2021	22:00:00	0.0015	0.0024	0.0162	0.0186	119.9	2.9	14.3	64.3
08/01/2021	23:00:00	0.0013	0.0022	0.0173	0.0197	109.0	2.3	13.0	70.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0046	0.011	0.026	0.028
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	09/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
09/01/2021	00:00:00	0.0012	0.0011	0.0147	0.0159	105.7	2.3	11.9	75.6
09/01/2021	01:00:00	0.0013	0.0015	0.0167	0.0183	120.4	2.6	11.1	80.0
09/01/2021	02:00:00	0.0013	0.0009	0.0166	0.0174	76.5	2.2	10.3	83.9
09/01/2021	03:00:00	0.0009	0.0007	0.0122	0.0129	51.1	1.8	9.8	86.1
09/01/2021	04:00:00	0.0008	0.0003	0.0076	0.0079	289.5	2.3	8.5	92.3
09/01/2021	05:00:00	0.0005	0.0003	0.0058	0.0061	245.8	1.9	8.0	95.9
09/01/2021	06:00:00	0.0005	0.0006	0.0058	0.0064	110.9	1.6	7.6	99.3
09/01/2021	07:00:00	0.0002	0.0004	0.0064	0.0068	306.6	1.8	7.3	100.0
09/01/2021	08:00:00	0.0005	0.0006	0.0087	0.0093	271.2	1.5	7.9	98.8
09/01/2021	09:00:00	0.0004	0.0018	0.0089	0.0107	270.0	1.6	8.3	96.9
09/01/2021	10:00:00	0.0005	0.0044	0.0120	0.0166	187.4	1.0	9.5	90.7
09/01/2021	11:00:00	0.0034	0.0079	0.0120	0.0198	128.8	1.7	11.2	83.1
09/01/2021	12:00:00	0.0214	0.0075	0.0111	0.0186	146.0	1.4	14.4	68.5
09/01/2021	13:00:00	0.0144	0.0081	0.0176	0.0257	109.8	1.8	16.5	59.3
09/01/2021	14:00:00	0.0066	0.0089	0.0233	0.0323	134.4	2.7	15.8	70.0
09/01/2021	15:00:00	0.0079	0.0068	0.0167	0.0235	115.8	2.6	18.2	59.2
09/01/2021	16:00:00	0.0071	0.0055	0.0171	0.0224	130.1	3.4	18.0	61.9
09/01/2021	17:00:00	0.0067	0.0046	0.0203	0.0249	167.5	2.3	16.5	72.3
09/01/2021	18:00:00	0.0051	0.0045	0.0161	0.0206	190.0	1.2	16.1	72.8
09/01/2021	19:00:00	0.0045	0.0106	0.0222	0.0331	196.6	1.8	15.7	75.7
09/01/2021	20:00:00	0.0041	0.0047	0.0156	0.0204	145.7	2.6	14.3	80.2
09/01/2021	21:00:00	0.0035	0.0051	0.0151	0.0202	192.8	1.8	12.3	96.1
09/01/2021	22:00:00	0.0035	0.0082	0.0177	0.0257	102.4	2.1	12.2	96.2
09/01/2021	23:00:00	0.0030	0.0032	0.0158	0.0190	113.2	2.2	11.6	96.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0042	0.004	0.023	0.018
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	10/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
10/01/2021	00:00:00	0.0032	0.0040	0.0171	0.0213	126.6	2.1	11.6	97.6
10/01/2021	01:00:00	0.0032	0.0028	0.0157	0.0186	131.2	1.0	11.4	99.7
10/01/2021	02:00:00	0.0033	0.0014	0.0117	0.0134	199.6	3.2	10.9	99.8
10/01/2021	03:00:00	0.0028	0.0005	0.0058	0.0063	195.7	1.3	10.6	100.0
10/01/2021	04:00:00	0.0024	0.0006	0.0084	0.0091	153.1	1.8	10.6	100.0
10/01/2021	05:00:00	0.0022	0.0006	0.0036	0.0041	203.1	2.1	11.2	88.1
10/01/2021	06:00:00	0.0021	0.0020	0.0093	0.0115	118.7	1.1	10.8	92.1
10/01/2021	07:00:00	0.0023	0.0072	0.0146	0.0219	150.6	0.8	10.4	95.3
10/01/2021	08:00:00	0.0024	0.0077	0.0114	0.0189	223.0	0.9	10.5	94.7
10/01/2021	09:00:00	0.0031	0.0207	0.0105	0.0303	249.6	1.9	11.8	87.8
10/01/2021	10:00:00	0.0032	0.0022	0.0040	0.0062	285.1	4.0	15.4	71.8
10/01/2021	11:00:00	0.0031	AE	AE	AE	284.5	5.2	16.6	60.3
10/01/2021	12:00:00	0.0026	AE	AE	AE	278.5	5.5	17.9	47.2
10/01/2021	13:00:00	0.0019	AE	AE	AE	261.1	5.2	19.1	36.9
10/01/2021	14:00:00	0.0015	AE	AE	AE	274.7	4.6	20.2	30.8
10/01/2021	15:00:00	0.0008	AE	AE	AE	272.0	4.2	21.1	25.2
10/01/2021	16:00:00	0.0007	AE	AE	AE	285.8	3.5	21.8	22.7
10/01/2021	17:00:00	0.0007	AE	AE	AE	278.7	3.3	22.0	21.7
10/01/2021	18:00:00	0.0005	AE	AE	AE	291.9	2.5	21.7	21.7
10/01/2021	19:00:00	0.0015	AE	AE	AE	302.0	1.3	19.5	27.2
10/01/2021	20:00:00	0.0034	AE	AE	AE	244.4	1.0	17.3	39.8
10/01/2021	21:00:00	0.0034	AE	AE	AE	264.6	1.1	15.5	47.9
10/01/2021	22:00:00	0.0038	AE	AE	AE	141.5	1.4	14.8	49.2
10/01/2021	23:00:00	0.0040	AE	AE	AE	129.0	1.8	14.4	56.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.005	0.017	0.015
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	11/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
11/01/2021	00:00:00	0.0035	AE	AE	AE	156.5	1.7	13.3	71.2
11/01/2021	01:00:00	0.0031	AE	AE	AE	214.4	0.9	12.3	83.6
11/01/2021	02:00:00	0.0028	AE	AE	AE	195.6	2.4	12.4	84.9
11/01/2021	03:00:00	0.0021	AE	AE	AE	166.5	2.6	12.9	91.5
11/01/2021	04:00:00	0.0018	AE	AE	AE	292.1	1.0	10.8	83.6
11/01/2021	05:00:00	0.0015	AE	AE	AE	299.0	1.3	9.9	83.8
11/01/2021	06:00:00	0.0015	0.0013	0.0132	0.0145	296.8	1.6	8.8	97.0
11/01/2021	07:00:00	0.0014	0.0054	0.0149	0.0201	236.9	1.2	9.1	99.4
11/01/2021	08:00:00	0.0023	0.0145	0.0149	0.0297	283.6	1.2	9.4	98.3
11/01/2021	09:00:00	0.0027	0.0116	0.0136	0.0253	280.0	1.1	10.4	94.2
11/01/2021	10:00:00	0.0036	AE	AE	AE	202.7	1.0	14.7	75.6
11/01/2021	11:00:00	0.0041	AE	AE	AE	121.9	2.9	15.7	73.1
11/01/2021	12:00:00	0.0047	AE	AE	AE	128.8	3.0	16.8	66.9
11/01/2021	13:00:00	0.0082	AE	AE	AE	112.4	2.7	17.8	60.6
11/01/2021	14:00:00	0.0045	AE	AE	AE	84.2	3.1	17.8	60.0
11/01/2021	15:00:00	0.0031	AE	AE	AE	74.7	2.8	17.9	59.4
11/01/2021	16:00:00	0.0028	AE	AE	AE	102.1	2.6	17.0	62.0
11/01/2021	17:00:00	0.0025	AE	AE	AE	73.2	2.9	16.3	64.0
11/01/2021	18:00:00	0.0021	AE	AE	AE	122.2	3.1	14.5	69.7
11/01/2021	19:00:00	0.0018	AE	AE	AE	263.5	2.6	11.5	81.1
11/01/2021	20:00:00	0.0020	AE	AE	AE	213.2	2.2	9.9	87.8
11/01/2021	21:00:00	0.0022	AE	AE	AE	99.3	1.4	8.8	91.5
11/01/2021	22:00:00	0.0019	AE	AE	AE	210.2	1.4	8.1	92.8
11/01/2021	23:00:00	0.0019	AE	AE	AE	102.4	2.3	8.4	92.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0029	0.008	0.015	0.022
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	12/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
12/01/2021	00:00:00	0.0018	AE	AE	AE	241.9	2.2	7.6	97.3
12/01/2021	01:00:00	0.0015	0.0006	0.0097	0.0104	180.8	1.1	7.4	97.3
12/01/2021	02:00:00	0.0016	0.0005	0.0086	0.0091	103.8	1.4	7.2	96.9
12/01/2021	03:00:00	0.0015	0.0006	0.0088	0.0094	77.9	1.4	7.0	98.9
12/01/2021	04:00:00	0.0012	0.0004	0.0094	0.0098	143.7	1.4	7.0	99.5
12/01/2021	05:00:00	0.0012	0.0003	0.0093	0.0097	183.6	1.1	7.0	99.6
12/01/2021	06:00:00	0.0013	0.0007	0.0092	0.0099	181.6	0.9	7.0	99.7
12/01/2021	07:00:00	0.0014	0.0028	0.0128	0.0156	150.5	2.0	6.7	100.0
12/01/2021	08:00:00	0.0042	0.0224	0.0167	0.0388	132.1	1.8	6.5	100.0
12/01/2021	09:00:00	0.0061	0.0168	0.0152	0.0319	123.5	1.6	6.7	100.0
12/01/2021	10:00:00	0.0069	0.0110	0.0113	0.0222	136.6	2.0	7.4	99.7
12/01/2021	11:00:00	0.0185	0.0110	0.0096	0.0207	116.3	2.3	8.7	92.7
12/01/2021	12:00:00	0.0640	AE	AE	AE	96.3	2.0	11.7	77.4
12/01/2021	13:00:00	0.0807	AE	AE	AE	83.0	1.5	14.5	63.6
12/01/2021	14:00:00	0.0376	AE	AE	AE	69.7	2.0	16.7	56.1
12/01/2021	15:00:00	0.0105	AE	AE	AE	84.6	2.3	17.6	50.5
12/01/2021	16:00:00	0.0093	AE	AE	AE	71.6	2.6	19.6	41.6
12/01/2021	17:00:00	0.0053	AE	AE	AE	56.5	2.6	18.6	43.6
12/01/2021	18:00:00	0.0038	AE	AE	AE	79.2	3.0	14.9	55.3
12/01/2021	19:00:00	0.0027	AE	AE	AE	282.1	2.9	10.7	71.7
12/01/2021	20:00:00	0.0024	AE	AE	AE	294.7	3.1	8.7	80.9
12/01/2021	21:00:00	0.0021	AE	AE	AE	302.6	3.1	7.0	89.8
12/01/2021	22:00:00	0.0020	AE	AE	AE	293.5	3.3	5.9	96.5
12/01/2021	23:00:00	0.0014	0.0005	0.0052	0.0057	281.7	3.3	5.2	DI

PROMEDIO 24 HORAS	0.0116	0.006	0.017	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	13/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
13/01/2021	00:00:00	0.0013	0.0003	0.0035	0.0039	255.9	3.1	5.2	DI
13/01/2021	01:00:00	0.0012	0.0000	0.0030	0.0030	256.0	3.0	5.9	DI
13/01/2021	02:00:00	0.0010	0.0003	0.0026	0.0030	237.4	2.9	6.1	99.9
13/01/2021	03:00:00	0.0009	0.0002	0.0028	0.0030	270.0	2.6	6.2	99.2
13/01/2021	04:00:00	0.0008	0.0001	0.0029	0.0030	181.6	2.5	6.2	98.1
13/01/2021	05:00:00	0.0007	0.0003	0.0028	0.0031	195.0	2.5	6.1	96.2
13/01/2021	06:00:00	0.0006	0.0006	0.0036	0.0042	65.2	2.3	5.9	97.4
13/01/2021	07:00:00	0.0006	0.0005	0.0039	0.0045	144.7	2.1	5.9	97.2
13/01/2021	08:00:00	0.0007	0.0016	0.0059	0.0075	157.1	1.9	5.8	97.6
13/01/2021	09:00:00	0.0006	0.0016	0.0062	0.0077	194.3	2.0	5.9	95.7
13/01/2021	10:00:00	0.0007	0.0035	0.0070	0.0105	214.6	1.9	6.8	89.4
13/01/2021	11:00:00	0.0014	0.0042	0.0068	0.0111	270.6	1.9	8.6	79.8
13/01/2021	12:00:00	0.0017	AE	AE	AE	217.4	1.6	11.5	65.6
13/01/2021	13:00:00	0.0013	AE	AE	AE	160.2	1.4	14.3	51.0
13/01/2021	14:00:00	0.0016	AE	AE	AE	103.1	1.7	16.6	39.4
13/01/2021	15:00:00	0.0018	AE	AE	AE	108.6	1.6	17.1	35.8
13/01/2021	16:00:00	0.0018	AE	AE	AE	118.1	1.6	17.2	35.6
13/01/2021	17:00:00	0.0019	AE	AE	AE	117.5	1.4	17.9	34.3
13/01/2021	18:00:00	0.0020	AE	AE	AE	69.0	2.0	16.9	39.8
13/01/2021	19:00:00	0.0021	AE	AE	AE	63.2	1.0	15.5	46.5
13/01/2021	20:00:00	0.0026	AE	AE	AE	192.4	0.9	15.2	47.7
13/01/2021	21:00:00	0.0037	AE	AE	AE	252.5	1.0	14.7	52.9
13/01/2021	22:00:00	0.0055	AE	AE	AE	224.5	0.6	14.1	55.1
13/01/2021	23:00:00	0.0060	AE	AE	AE	173.9	0.9	13.7	58.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0016	0.001	0.007	0.005
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	14/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
14/01/2021	00:00:00	0.0065	AE	AE	AE	235.5	0.9	13.4	60.9
14/01/2021	01:00:00	0.0074	AE	AE	AE	93.7	1.1	12.7	65.4
14/01/2021	02:00:00	0.0068	AE	AE	AE	199.7	0.9	12.1	68.4
14/01/2021	03:00:00	0.0060	AE	AE	AE	287.8	1.0	11.7	70.7
14/01/2021	04:00:00	0.0052	AE	AE	AE	241.1	0.5	11.5	72.1
14/01/2021	05:00:00	0.0052	AE	AE	AE	155.5	0.5	11.3	72.5
14/01/2021	06:00:00	0.0052	AE	AE	AE	92.5	0.9	11.4	73.9
14/01/2021	07:00:00	0.0055	AE	AE	AE	86.4	0.8	11.1	76.0
14/01/2021	08:00:00	0.0065	AE	AE	AE	180.7	0.7	11.0	76.7
14/01/2021	09:00:00	0.0078	AE	AE	AE	98.6	0.6	11.7	71.2
14/01/2021	10:00:00	0.0097	AE	AE	AE	179.3	0.6	13.8	63.1
14/01/2021	11:00:00	0.0098	AE	AE	AE	93.2	0.9	16.1	52.5
14/01/2021	12:00:00	0.0104	AE	AE	AE	98.9	1.2	17.6	41.9
14/01/2021	13:00:00	0.0089	AE	AE	AE	126.1	1.4	20.6	32.5
14/01/2021	14:00:00	0.0050	0.0035	0.0066	0.0100	256.4	4.7	22.9	28.8
14/01/2021	15:00:00	0.0018	0.0020	0.0044	0.0064	282.0	5.0	22.2	28.3
14/01/2021	16:00:00	0.0010	0.0021	0.0045	0.0067	272.2	4.7	22.7	24.6
14/01/2021	17:00:00	0.0006	0.0022	0.0055	0.0077	269.8	4.0	23.1	22.6
14/01/2021	18:00:00	0.0006	0.0021	0.0076	0.0097	276.7	3.2	23.6	20.3
14/01/2021	19:00:00	0.0007	0.0048	0.0168	0.0215	249.8	2.0	21.5	24.4
14/01/2021	20:00:00	0.0004	0.0024	0.0124	0.0149	259.8	2.7	20.4	26.2
14/01/2021	21:00:00	0.0004	0.0043	0.0201	0.0246	275.1	2.1	19.2	28.3
14/01/2021	22:00:00	0.0009	0.0158	0.0272	0.0432	286.3	1.1	16.5	36.0
14/01/2021	23:00:00	0.0023	0.0307	0.0267	0.0566	193.2	1.4	14.9	41.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0049	0.004	0.027	0.016
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	15/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
15/01/2021	00:00:00	0.0028	0.0148	0.0250	0.0402	225.1	1.2	13.8	45.4
15/01/2021	01:00:00	0.0023	0.0142	0.0235	0.0377	225.0	1.0	12.2	52.0
15/01/2021	02:00:00	0.0021	0.0065	0.0195	0.0260	239.0	0.9	11.0	53.4
15/01/2021	03:00:00	0.0016	0.0018	0.0133	0.0149	237.5	1.2	10.2	51.5
15/01/2021	04:00:00	0.0036	0.0542	0.0235	0.0772	141.2	1.2	9.9	54.3
15/01/2021	05:00:00	0.0033	0.0332	0.0214	0.0545	277.4	1.2	8.5	60.3
15/01/2021	06:00:00	0.0034	0.0321	0.0247	0.0564	191.7	1.0	7.9	55.6
15/01/2021	07:00:00	0.0038	0.0429	0.0229	0.0654	202.4	1.1	7.7	58.0
15/01/2021	08:00:00	0.0034	0.0345	0.0218	0.0561	232.0	0.8	7.3	56.1
15/01/2021	09:00:00	0.0046	0.0665	0.0238	0.0918	129.6	1.0	10.2	46.0
15/01/2021	10:00:00	0.0099	0.0959	0.0352	0.1319	123.3	1.7	11.8	42.6
15/01/2021	11:00:00	0.0144	0.0639	0.0457	0.1071	120.4	0.9	16.2	28.1
15/01/2021	12:00:00	0.0056	0.0119	0.0195	0.0313	122.8	1.0	18.9	16.6
15/01/2021	13:00:00	0.0038	0.0085	0.0179	0.0265	141.3	1.3	20.7	12.6
15/01/2021	14:00:00	0.0029	0.0059	0.0151	0.0208	155.0	1.7	22.0	11.3
15/01/2021	15:00:00	0.0014	0.0036	0.0098	0.0134	90.9	1.8	23.3	9.7
15/01/2021	16:00:00	0.0006	0.0030	0.0081	0.0110	118.4	1.4	24.3	8.4
15/01/2021	17:00:00	0.0001	0.0031	0.0096	0.0127	113.8	1.5	24.1	8.1
15/01/2021	18:00:00	0.0000	0.0036	0.0140	0.0174	110.9	1.3	23.7	8.0
15/01/2021	19:00:00	0.0003	0.0076	0.0274	0.0350	112.7	2.2	20.4	18.0
15/01/2021	20:00:00	0.0013	0.0167	0.0312	0.0480	154.0	1.9	17.7	32.7
15/01/2021	21:00:00	0.0021	0.0135	0.0309	0.0443	142.3	2.1	16.0	36.8
15/01/2021	22:00:00	0.0022	0.0086	0.0301	0.0387	137.1	1.6	14.4	41.3
15/01/2021	23:00:00	0.0022	0.0107	0.0311	0.0421	114.9	0.9	13.0	46.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0033	0.024	0.046	0.046
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	16/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
16/01/2021	00:00:00	0.0029	0.0276	0.0282	0.0559	220.1	0.9	11.6	48.1
16/01/2021	01:00:00	0.0029	0.0147	0.0254	0.0403	125.9	1.5	10.6	57.2
16/01/2021	02:00:00	0.0018	0.0005	0.0122	0.0128	267.4	1.8	8.3	72.4
16/01/2021	03:00:00	0.0048	0.0006	0.0117	0.0123	121.6	1.2	8.3	72.7
16/01/2021	04:00:00	0.0017	0.0003	0.0085	0.0088	253.6	1.7	7.5	75.1
16/01/2021	05:00:00	0.0008	0.0003	0.0092	0.0094	296.9	1.4	6.7	78.0
16/01/2021	06:00:00	0.0005	0.0001	0.0092	0.0093	243.5	1.6	6.6	77.0
16/01/2021	07:00:00	0.0000	0.0059	0.0170	0.0226	212.9	0.9	5.9	69.1
16/01/2021	08:00:00	0.0002	0.0145	0.0183	0.0327	249.5	0.6	5.7	66.0
16/01/2021	09:00:00	0.0005	0.0139	0.0199	0.0332	206.8	0.6	7.5	66.3
16/01/2021	10:00:00	0.0009	0.0128	0.0195	0.0323	256.3	0.7	9.3	62.6
16/01/2021	11:00:00	0.0017	0.0151	0.0237	0.0390	145.6	0.9	11.6	54.3
16/01/2021	12:00:00	0.0023	0.0164	0.0280	0.0443	144.5	1.1	14.2	46.7
16/01/2021	13:00:00	0.0025	0.0125	0.0299	0.0425	182.9	0.9	17.2	38.3
16/01/2021	14:00:00	0.0031	0.0087	0.0311	0.0397	158.6	1.2	19.8	31.2
16/01/2021	15:00:00	0.0044	0.0074	0.0297	0.0372	120.8	1.7	21.3	24.4
16/01/2021	16:00:00	0.0035	0.0058	0.0192	0.0250	78.0	2.1	22.9	19.9
16/01/2021	17:00:00	0.0032	0.0047	0.0180	0.0226	74.0	1.4	22.3	22.8
16/01/2021	18:00:00	0.0020	0.0053	0.0219	0.0274	42.0	1.5	21.1	26.1
16/01/2021	19:00:00	0.0022	0.0119	0.0312	0.0436	186.1	1.1	19.4	29.4
16/01/2021	20:00:00	0.0040	0.0540	0.0335	0.0868	255.6	1.0	17.3	37.0
16/01/2021	21:00:00	0.0057	0.0646	0.0337	0.0986	165.9	1.3	16.7	40.6
16/01/2021	22:00:00	0.0052	0.0279	0.0298	0.0572	201.0	1.3	15.7	40.7
16/01/2021	23:00:00	0.0066	0.0308	0.0225	0.0512	127.1	1.7	14.5	49.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0025	0.014	0.034	0.036
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	17/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
17/01/2021	00:00:00	0.0056	0.0087	0.0206	0.0288	219.6	0.8	13.0	55.9
17/01/2021	01:00:00	0.0054	0.0083	0.0244	0.0322	129.4	1.0	12.7	57.7
17/01/2021	02:00:00	0.0056	0.0173	0.0271	0.0447	196.4	0.8	12.4	59.3
17/01/2021	03:00:00	0.0050	0.0109	0.0245	0.0354	229.4	0.6	12.1	61.0
17/01/2021	04:00:00	0.0051	0.0192	0.0237	0.0434	133.5	0.7	11.6	63.6
17/01/2021	05:00:00	0.0058	0.0326	0.0221	0.0543	169.6	0.5	11.5	65.5
17/01/2021	06:00:00	0.0059	0.0269	0.0204	0.0482	186.1	0.6	10.9	68.3
17/01/2021	07:00:00	0.0058	0.0289	0.0208	0.0496	209.5	0.9	10.5	71.1
17/01/2021	08:00:00	0.0064	0.0251	0.0206	0.0454	183.1	1.0	10.9	66.4
17/01/2021	09:00:00	0.0081	0.0781	0.0230	0.1017	92.2	1.6	13.1	60.2
17/01/2021	10:00:00	0.0085	0.0555	0.0347	0.0912	106.2	1.7	16.8	46.1
17/01/2021	11:00:00	0.0085	0.0216	0.0278	0.0495	109.9	1.6	19.4	36.4
17/01/2021	12:00:00	0.0054	0.0037	0.0076	0.0113	182.9	3.1	21.7	24.2
17/01/2021	13:00:00	0.0032	0.0011	0.0030	0.0040	214.3	3.3	22.6	20.1
17/01/2021	14:00:00	0.0024	0.0009	0.0025	0.0034	193.2	2.3	24.0	16.1
17/01/2021	15:00:00	0.0010	0.0010	0.0033	0.0043	200.3	1.6	25.2	12.3
17/01/2021	16:00:00	0.0004	0.0021	0.0043	0.0062	165.3	1.7	25.8	10.8
17/01/2021	17:00:00	0.0002	0.0020	0.0052	0.0072	196.1	1.4	26.0	10.3
17/01/2021	18:00:00	0.0000	0.0028	0.0081	0.0108	100.5	2.1	24.9	11.5
17/01/2021	19:00:00	0.0002	0.0050	0.0161	0.0214	108.1	2.6	22.4	19.2
17/01/2021	20:00:00	0.0006	0.0032	0.0166	0.0200	136.8	2.6	19.5	33.5
17/01/2021	21:00:00	0.0008	0.0044	0.0226	0.0269	123.6	2.4	18.0	38.8
17/01/2021	22:00:00	0.0009	0.0024	0.0179	0.0204	128.2	2.4	16.3	48.8
17/01/2021	23:00:00	0.0010	0.0018	0.0153	0.0172	144.8	1.7	14.5	62.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.016	0.035	0.033
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	18/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
18/01/2021	00:00:00	0.0009	0.0036	0.0229	0.0265	109.7	0.9	13.3	67.6
18/01/2021	01:00:00	0.0008	0.0008	0.0126	0.0133	76.8	1.5	11.9	77.3
18/01/2021	02:00:00	0.0006	0.0004	0.0089	0.0093	286.0	1.5	10.2	87.5
18/01/2021	03:00:00	0.0026	0.0002	0.0073	0.0074	263.5	1.2	9.4	95.0
18/01/2021	04:00:00	0.0016	0.0002	0.0070	0.0073	277.2	1.2	9.1	95.2
18/01/2021	05:00:00	0.0007	0.0003	0.0066	0.0069	296.6	1.3	8.2	99.2
18/01/2021	06:00:00	0.0003	0.0027	0.0101	0.0127	221.3	0.7	7.7	99.6
18/01/2021	07:00:00	0.0006	0.0124	0.0185	0.0305	171.0	0.6	7.5	98.4
18/01/2021	08:00:00	0.0014	0.0436	0.0207	0.0644	46.8	0.8	7.2	100.0
18/01/2021	09:00:00	0.0021	0.0440	0.0209	0.0649	157.0	0.7	9.6	86.5
18/01/2021	10:00:00	0.0027	0.0344	0.0235	0.0575	138.6	0.8	12.3	71.8
18/01/2021	11:00:00	0.0032	0.0305	0.0305	0.0611	99.3	1.3	13.9	66.9
18/01/2021	12:00:00	0.0042	0.0244	0.0333	0.0579	87.0	1.5	16.1	57.8
18/01/2021	13:00:00	0.0043	0.0116	0.0254	0.0369	168.4	1.2	19.6	40.9
18/01/2021	14:00:00	0.0042	0.0085	0.0255	0.0341	128.3	1.4	22.9	30.9
18/01/2021	15:00:00	0.0135	0.0064	0.0186	0.0251	130.0	2.5	24.4	22.0
18/01/2021	16:00:00	0.0190	0.0041	0.0125	0.0167	129.1	2.2	25.6	18.4
18/01/2021	17:00:00	0.0136	0.0042	0.0115	0.0158	117.2	2.6	25.9	16.4
18/01/2021	18:00:00	0.0075	0.0030	0.0147	0.0178	104.0	2.7	25.4	19.4
18/01/2021	19:00:00	0.0023	0.0035	0.0172	0.0207	127.9	3.4	21.2	36.9
18/01/2021	20:00:00	0.0020	0.0031	0.0174	0.0204	110.0	3.1	19.0	47.8
18/01/2021	21:00:00	0.0022	0.0068	0.0265	0.0332	113.4	1.6	17.5	55.4
18/01/2021	22:00:00	0.0026	0.0140	0.0311	0.0450	103.2	0.9	16.4	59.8
18/01/2021	23:00:00	0.0036	0.0344	0.0277	0.0620	217.7	0.9	15.3	62.5

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.011	0.033	0.030
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	19/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
19/01/2021	00:00:00	0.0038	0.0245	0.0257	0.0502	210.6	0.7	14.6	63.1
19/01/2021	01:00:00	0.0039	0.0245	0.0230	0.0474	220.1	0.6	13.6	64.8
19/01/2021	02:00:00	0.0042	0.0155	0.0205	0.0359	245.8	0.7	13.0	66.6
19/01/2021	03:00:00	0.0039	0.0121	0.0220	0.0339	180.9	0.6	12.1	71.2
19/01/2021	04:00:00	0.0042	0.0076	0.0209	0.0285	280.5	0.9	11.6	74.6
19/01/2021	05:00:00	0.0038	0.0038	0.0182	0.0221	181.7	0.7	11.0	79.5
19/01/2021	06:00:00	0.0038	0.0199	0.0197	0.0393	200.3	0.6	10.7	77.2
19/01/2021	07:00:00	0.0039	0.0242	0.0197	0.0439	237.8	0.6	10.1	79.3
19/01/2021	08:00:00	0.0050	0.0578	0.0207	0.0782	177.4	0.7	10.5	79.4
19/01/2021	09:00:00	0.0073	0.0992	0.0286	0.1307	136.2	0.7	13.7	69.8
19/01/2021	10:00:00	0.0079	0.0769	0.0354	0.1114	101.3	1.4	15.4	65.8
19/01/2021	11:00:00	0.0086	0.0372	0.0379	0.0753	117.9	1.6	18.3	54.8
19/01/2021	12:00:00	0.0096	0.0157	0.0285	0.0444	124.0	1.7	21.3	45.4
19/01/2021	13:00:00	0.0083	0.0058	0.0176	0.0235	111.7	1.6	22.5	42.5
19/01/2021	14:00:00	0.0059	0.0039	0.0125	0.0163	88.0	1.6	24.4	37.5
19/01/2021	15:00:00	0.0032	0.0020	0.0085	0.0106	106.1	1.9	25.7	33.0
19/01/2021	16:00:00	0.0027	0.0023	0.0087	0.0108	103.1	2.7	26.4	27.4
19/01/2021	17:00:00	0.0015	0.0022	0.0102	0.0125	98.6	4.6	24.7	35.2
19/01/2021	18:00:00	0.0007	0.0024	0.0122	0.0145	116.2	5.0	23.2	42.1
19/01/2021	19:00:00	0.0004	0.0023	0.0112	0.0138	130.6	5.1	21.6	46.2
19/01/2021	20:00:00	0.0000	0.0014	0.0121	0.0135	110.0	3.6	20.5	50.4
19/01/2021	21:00:00	0.0001	0.0062	0.0276	0.0336	98.1	1.7	19.7	54.6
19/01/2021	22:00:00	0.0000	0.0018	0.0153	0.0169	123.2	3.0	18.4	68.7
19/01/2021	23:00:00	0.0000	0.0009	0.0075	0.0084	114.8	3.5	16.0	84.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0040	0.020	0.038	0.039
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	20/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
20/01/2021	00:00:00	0.0000	0.0006	0.0068	0.0074	107.6	3.8	14.9	89.1
20/01/2021	01:00:00	0.0000	0.0002	0.0067	0.0069	109.7	3.5	14.9	85.8
20/01/2021	02:00:00	0.0000	0.0003	0.0066	0.0068	117.9	2.4	15.0	82.6
20/01/2021	03:00:00	0.0000	0.0000	0.0044	0.0043	127.3	2.8	15.4	81.0
20/01/2021	04:00:00	0.0000	0.0000	0.0039	0.0039	103.3	3.2	14.8	85.4
20/01/2021	05:00:00	0.0000	0.0004	0.0043	0.0047	105.5	3.3	14.4	88.3
20/01/2021	06:00:00	0.0000	0.0004	0.0070	0.0074	107.9	2.3	14.1	88.5
20/01/2021	07:00:00	0.0000	0.0009	0.0156	0.0166	100.2	1.9	13.8	89.5
20/01/2021	08:00:00	0.0000	0.0058	0.0241	0.0297	108.0	1.7	13.8	89.2
20/01/2021	09:00:00	0.0000	0.0122	0.0238	0.0360	99.8	1.8	14.4	86.2
20/01/2021	10:00:00	0.0000	0.0098	0.0191	0.0288	113.4	2.6	15.3	79.7
20/01/2021	11:00:00	0.0000	0.0058	0.0102	0.0160	148.9	3.2	16.4	73.2
20/01/2021	12:00:00	0.0000	0.0040	0.0066	0.0106	138.9	3.7	18.5	64.5
20/01/2021	13:00:00	0.0000	0.0041	0.0052	0.0094	165.7	4.5	20.3	57.8
20/01/2021	14:00:00	0.0000	0.0048	0.0055	0.0104	162.4	4.1	21.7	52.3
20/01/2021	15:00:00	0.0020	0.0042	0.0060	0.0100	152.8	4.1	22.4	48.2
20/01/2021	16:00:00	0.0018	0.0037	0.0065	0.0102	146.3	4.0	23.0	45.8
20/01/2021	17:00:00	0.0017	0.0035	0.0081	0.0116	103.1	5.7	20.2	65.1
20/01/2021	18:00:00	0.0016	0.0032	0.0091	0.0123	109.4	4.7	18.5	72.6
20/01/2021	19:00:00	0.0018	0.0031	0.0114	0.0146	121.0	3.8	17.3	79.0
20/01/2021	20:00:00	0.0016	0.0027	0.0107	0.0134	115.2	4.0	16.5	84.0
20/01/2021	21:00:00	0.0017	0.0023	0.0113	0.0136	103.6	3.9	16.6	82.5
20/01/2021	22:00:00	0.0018	0.0023	0.0107	0.0130	103.3	3.2	16.3	85.8
20/01/2021	23:00:00	0.0017	0.0029	0.0141	0.0170	102.5	2.5	16.1	86.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0006	0.003	0.024	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	21/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
21/01/2021	00:00:00	0.0016	0.0016	0.0086	0.0098	150.5	2.1	16.8	81.6
21/01/2021	01:00:00	0.0016	0.0005	0.0049	0.0053	124.6	2.5	16.8	80.9
21/01/2021	02:00:00	0.0016	0.0004	0.0060	0.0065	136.8	1.9	16.2	84.0
21/01/2021	03:00:00	0.0013	0.0004	0.0049	0.0053	208.7	1.2	15.5	86.8
21/01/2021	04:00:00	0.0013	0.0004	0.0090	0.0094	290.6	1.2	14.2	92.3
21/01/2021	05:00:00	0.0016	0.0003	0.0092	0.0095	298.2	1.0	13.5	94.5
21/01/2021	06:00:00	0.0016	0.0019	0.0096	0.0115	260.1	0.6	12.7	97.1
21/01/2021	07:00:00	0.0018	0.0044	0.0110	0.0154	264.9	0.7	12.3	96.9
21/01/2021	08:00:00	0.0018	0.0058	0.0102	0.0160	298.9	1.3	12.2	97.8
21/01/2021	09:00:00	0.0019	0.0058	0.0111	0.0170	293.2	1.8	13.6	91.2
21/01/2021	10:00:00	0.0024	0.0034	0.0069	0.0102	274.7	1.8	15.0	86.3
21/01/2021	11:00:00	0.0027	0.0039	0.0064	0.0105	170.3	1.4	17.1	76.7
21/01/2021	12:00:00	0.0031	0.0053	0.0090	0.0145	100.2	1.7	19.3	66.8
21/01/2021	13:00:00	0.0030	AE	AE	AE	120.7	1.8	21.7	56.1
21/01/2021	14:00:00	0.0022	AE	AE	AE	279.1	4.5	24.5	34.1
21/01/2021	15:00:00	0.0024	0.0026	0.0149	0.0175	295.0	4.2	25.9	32.6
21/01/2021	16:00:00	0.0020	0.0026	0.0078	0.0103	268.4	3.9	27.3	26.9
21/01/2021	17:00:00	0.0017	0.0018	0.0064	0.0081	257.2	3.4	27.8	24.5
21/01/2021	18:00:00	0.0015	0.0024	0.0083	0.0106	281.5	3.3	27.3	24.0
21/01/2021	19:00:00	0.0016	0.0027	0.0120	0.0147	278.8	3.1	25.5	27.3
21/01/2021	20:00:00	0.0017	0.0053	0.0209	0.0263	270.5	1.9	23.9	32.2
21/01/2021	21:00:00	0.0016	0.0027	0.0165	0.0193	268.2	1.9	22.7	36.1
21/01/2021	22:00:00	0.0018	0.0028	0.0183	0.0211	277.7	1.6	21.8	38.7
21/01/2021	23:00:00	0.0019	0.0023	0.0148	0.0172	256.8	1.6	20.6	43.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.003	0.021	0.013
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	22/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
22/01/2021	00:00:00	0.0018	0.0009	0.0069	0.0078	267.1	2.5	21.0	40.1
22/01/2021	01:00:00	0.0018	0.0018	0.0100	0.0119	229.4	1.8	19.6	44.6
22/01/2021	02:00:00	0.0020	0.0010	0.0077	0.0087	60.6	1.4	18.7	48.3
22/01/2021	03:00:00	0.0017	0.0005	0.0047	0.0053	294.4	1.9	18.3	50.5
22/01/2021	04:00:00	0.0016	0.0003	0.0057	0.0060	299.7	1.1	16.3	59.0
22/01/2021	05:00:00	0.0016	0.0008	0.0078	0.0086	292.2	0.8	15.1	63.9
22/01/2021	06:00:00	0.0015	0.0033	0.0106	0.0138	248.7	0.6	14.5	67.0
22/01/2021	07:00:00	0.0022	0.0286	0.0163	0.0451	154.2	1.1	14.5	67.5
22/01/2021	08:00:00	0.0037	0.0535	0.0179	0.0719	224.5	0.7	14.9	66.8
22/01/2021	09:00:00	0.0060	0.0830	0.0230	0.1057	100.5	1.5	17.1	59.0
22/01/2021	10:00:00	0.0068	0.0351	0.0232	0.0586	74.1	1.4	19.0	52.4
22/01/2021	11:00:00	0.0075	0.0260	0.0252	0.0510	92.5	1.3	21.4	44.7
22/01/2021	12:00:00	0.0061	0.0089	0.0150	0.0240	86.7	1.7	23.8	35.6
22/01/2021	13:00:00	0.0040	0.0029	0.0049	0.0079	249.8	3.7	25.3	26.2
22/01/2021	14:00:00	0.0030	0.0024	0.0036	0.0060	271.0	4.1	26.4	23.3
22/01/2021	15:00:00	0.0008	0.0020	0.0036	0.0056	273.0	4.1	27.4	20.9
22/01/2021	16:00:00	0.0004	0.0022	0.0036	0.0059	283.5	3.8	28.2	19.0
22/01/2021	17:00:00	0.0001	0.0021	0.0041	0.0061	266.4	3.2	28.7	16.9
22/01/2021	18:00:00	0.0000	0.0025	0.0067	0.0092	274.6	2.9	28.3	17.9
22/01/2021	19:00:00	0.0002	0.0069	0.0180	0.0250	283.9	2.5	26.4	20.9
22/01/2021	20:00:00	0.0005	0.0124	0.0216	0.0338	274.5	2.4	24.4	24.1
22/01/2021	21:00:00	0.0003	0.0044	0.0111	0.0155	260.1	3.0	23.8	23.8
22/01/2021	22:00:00	0.0001	0.0022	0.0101	0.0124	238.3	2.0	23.4	25.0
22/01/2021	23:00:00	0.0017	0.0172	0.0208	0.0386	159.2	1.9	22.7	26.9

PROMEDIO 24 HORAS	0.0023	0.012	0.025	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	23/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
23/01/2021	00:00:00	0.0010	0.0060	0.0164	0.0221	204.9	1.2	21.7	28.4
23/01/2021	01:00:00	0.0010	0.0039	0.0171	0.0209	96.5	1.2	20.3	31.8
23/01/2021	02:00:00	0.0014	0.0030	0.0167	0.0199	234.0	0.9	18.6	36.0
23/01/2021	03:00:00	0.0011	0.0039	0.0180	0.0219	226.2	0.6	17.1	41.7
23/01/2021	04:00:00	0.0013	0.0037	0.0154	0.0190	94.8	0.7	16.9	42.5
23/01/2021	05:00:00	0.0040	0.0277	0.0202	0.0478	125.4	1.6	15.9	49.5
23/01/2021	06:00:00	0.0062	0.0379	0.0236	0.0615	191.4	0.6	15.0	53.0
23/01/2021	07:00:00	0.0049	0.0404	0.0219	0.0621	223.2	0.5	13.8	58.5
23/01/2021	08:00:00	0.0066	0.0757	0.0212	0.0980	197.7	0.6	13.8	59.8
23/01/2021	09:00:00	0.0090	0.1118	0.0265	0.1379	84.1	0.7	15.1	56.6
23/01/2021	10:00:00	0.0086	0.0660	0.0280	0.0941	152.5	0.6	19.5	41.2
23/01/2021	11:00:00	0.0096	0.0381	0.0379	0.0760	127.5	1.7	21.4	35.4
23/01/2021	12:00:00	0.0135	0.0220	0.0310	0.0530	117.9	1.8	24.2	28.8
23/01/2021	13:00:00	0.0096	0.0066	0.0155	0.0222	132.0	1.6	26.9	22.8
23/01/2021	14:00:00	0.0053	0.0032	0.0072	0.0102	147.4	1.7	27.9	20.7
23/01/2021	15:00:00	0.0058	0.0033	0.0085	0.0117	125.3	2.2	27.9	20.7
23/01/2021	16:00:00	0.0059	0.0035	0.0101	0.0137	133.8	1.7	27.7	20.8
23/01/2021	17:00:00	0.0026	0.0019	0.0067	0.0084	224.5	1.9	28.2	20.4
23/01/2021	18:00:00	0.0002	0.0019	0.0083	0.0101	281.1	2.7	27.1	23.1
23/01/2021	19:00:00	0.0004	0.0044	0.0227	0.0272	290.6	1.6	26.0	25.6
23/01/2021	20:00:00	0.0005	0.0042	0.0234	0.0276	283.0	1.7	24.1	28.2
23/01/2021	21:00:00	0.0003	0.0026	0.0150	0.0174	256.0	1.3	23.1	28.6
23/01/2021	22:00:00	0.0015	0.0262	0.0315	0.0583	202.0	1.0	22.3	31.1
23/01/2021	23:00:00	0.0021	0.0226	0.0280	0.0506	211.5	1.4	21.1	34.1

PROMEDIO 24 HORAS	0.0044	0.022	0.038	0.041
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	24/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
24/01/2021	00:00:00	0.0019	0.0110	0.0262	0.0372	204.8	1.0	19.7	37.5
24/01/2021	01:00:00	0.0023	0.0098	0.0249	0.0346	242.8	0.7	18.1	44.0
24/01/2021	02:00:00	0.0028	0.0213	0.0227	0.0442	238.0	1.0	17.4	45.7
24/01/2021	03:00:00	0.0020	0.0009	0.0158	0.0168	223.7	0.7	16.7	45.9
24/01/2021	04:00:00	0.0019	0.0036	0.0191	0.0225	202.6	0.8	15.7	50.3
24/01/2021	05:00:00	0.0016	0.0012	0.0146	0.0159	250.1	0.7	14.6	53.3
24/01/2021	06:00:00	0.0016	0.0105	0.0181	0.0283	201.1	0.4	14.0	56.4
24/01/2021	07:00:00	0.0019	0.0120	0.0200	0.0318	210.4	1.0	13.5	57.9
24/01/2021	08:00:00	0.0018	0.0130	0.0209	0.0341	255.5	0.8	13.1	59.5
24/01/2021	09:00:00	0.0028	0.0301	0.0239	0.0545	178.5	0.7	15.4	53.6
24/01/2021	10:00:00	0.0045	0.0355	0.0365	0.0716	115.0	1.2	19.7	41.4
24/01/2021	11:00:00	0.0044	0.0179	0.0298	0.0484	141.9	1.6	21.6	35.4
24/01/2021	12:00:00	0.0042	0.0066	0.0132	0.0193	196.2	2.5	24.5	25.2
24/01/2021	13:00:00	0.0014	0.0012	0.0031	0.0043	286.7	4.6	25.9	19.9
24/01/2021	14:00:00	0.0015	0.0013	0.0034	0.0047	256.6	4.2	26.8	19.8
24/01/2021	15:00:00	0.0044	0.0016	0.0054	0.0070	164.3	2.7	27.5	18.7
24/01/2021	16:00:00	0.0014	0.0016	0.0042	0.0058	263.6	4.2	27.5	17.9
24/01/2021	17:00:00	0.0010	0.0012	0.0035	0.0047	281.1	4.9	27.5	16.0
24/01/2021	18:00:00	0.0008	0.0012	0.0047	0.0058	268.0	3.8	26.7	15.2
24/01/2021	19:00:00	0.0005	0.0014	0.0075	0.0089	253.8	2.8	25.7	18.6
24/01/2021	20:00:00	0.0008	0.0028	0.0174	0.0202	230.4	1.8	24.1	23.7
24/01/2021	21:00:00	0.0007	0.0051	0.0210	0.0260	262.5	1.6	22.2	26.8
24/01/2021	22:00:00	0.0006	0.0044	0.0139	0.0180	234.1	2.3	21.7	22.8
24/01/2021	23:00:00	0.0002	0.0009	0.0066	0.0075	256.1	2.0	21.5	21.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0020	0.008	0.037	0.025
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	25/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

						DATOS METEOROLÓGICOS			
Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	WD	WS	TEMP	HR
25/01/2021	00:00:00	0.0000	0.0005	0.0061	0.0066	266.4	1.7	20.7	23.8
25/01/2021	01:00:00	0.0000	0.0002	0.0058	0.0060	293.1	1.5	19.5	26.1
25/01/2021	02:00:00	0.0000	0.0005	0.0049	0.0054	309.8	1.9	18.5	28.8
25/01/2021	03:00:00	0.0000	0.0005	0.0070	0.0076	283.0	1.0	16.4	34.7
25/01/2021	04:00:00	0.0000	0.0003	0.0065	0.0069	98.2	1.1	15.8	35.8
25/01/2021	05:00:00	0.0000	0.0008	0.0056	0.0059	68.5	1.3	16.3	36.5
25/01/2021	06:00:00	0.0000	0.0043	0.0072	0.0112	163.8	1.7	17.1	37.7
25/01/2021	07:00:00	0.0000	0.0012	0.0099	0.0109	163.2	1.6	16.8	38.2
25/01/2021	08:00:00	0.0000	0.0083	0.0173	0.0255	123.9	1.7	16.5	40.0
25/01/2021	09:00:00	0.0000	0.0072	0.0083	0.0152	234.6	3.3	19.2	32.1
25/01/2021	10:00:00	0.0000	0.0025	0.0033	0.0058	265.0	6.6	20.4	27.7
25/01/2021	11:00:00	0.0000	0.0017	0.0026	0.0043	266.4	8.5	21.3	25.8
25/01/2021	12:00:00	0.0000	0.0019	0.0026	0.0045	262.7	8.7	22.7	22.4
25/01/2021	13:00:00	0.0000	0.0019	0.0028	0.0047	265.7	7.7	24.3	17.8
25/01/2021	14:00:00	0.0000	0.0021	0.0028	0.0048	268.2	6.7	25.4	16.2
25/01/2021	15:00:00	0.0015	0.0019	0.0030	0.0048	258.5	7.0	26.0	13.5
25/01/2021	16:00:00	0.0016	0.0024	0.0031	0.0056	258.1	6.1	26.5	13.7
25/01/2021	17:00:00	0.0015	0.0018	0.0030	0.0048	264.5	5.6	26.7	13.7
25/01/2021	18:00:00	0.0015	0.0020	0.0039	0.0058	257.8	5.0	26.4	13.9
25/01/2021	19:00:00	0.0016	0.0026	0.0077	0.0102	269.8	3.9	24.8	15.6
25/01/2021	20:00:00	0.0016	0.0030	0.0078	0.0108	272.7	3.5	23.4	16.7
25/01/2021	21:00:00	0.0018	0.0027	0.0105	0.0129	272.6	2.2	22.2	20.1
25/01/2021	22:00:00	0.0017	0.0010	0.0063	0.0073	277.3	2.1	21.9	22.2
25/01/2021	23:00:00	0.0017	0.0006	0.0037	0.0043	277.0	2.9	21.1	25.2

PROMEDIO 24 HORAS	0.0006	0.002	0.017	0.008
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	26/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
26/01/2021	00:00:00	0.0016	0.0004	0.0025	0.0029	261.8	1.8	20.4	27.2
26/01/2021	01:00:00	0.0015	0.0003	0.0025	0.0028	221.4	1.4	19.1	30.3
26/01/2021	02:00:00	0.0016	0.0005	0.0048	0.0053	66.6	1.4	18.1	32.1
26/01/2021	03:00:00	0.0013	0.0003	0.0025	0.0028	250.5	1.7	18.4	33.4
26/01/2021	04:00:00	0.0015	0.0003	0.0026	0.0029	130.6	0.9	17.4	36.5
26/01/2021	05:00:00	0.0026	0.0027	0.0136	0.0161	231.4	1.6	16.3	38.8
26/01/2021	06:00:00	0.0043	0.0097	0.0205	0.0303	120.5	1.0	14.4	42.0
26/01/2021	07:00:00	0.0057	0.0339	0.0221	0.0562	148.0	1.3	13.8	45.2
26/01/2021	08:00:00	0.0078	0.0633	0.0217	0.0852	151.2	1.0	13.7	47.6
26/01/2021	09:00:00	0.0104	0.0872	0.0245	0.1124	181.4	0.8	16.8	40.1
26/01/2021	10:00:00	0.0138	0.0671	0.0330	0.0985	101.6	1.4	19.9	34.0
26/01/2021	11:00:00	0.0101	0.0232	0.0260	0.0496	139.8	2.1	21.9	27.7
26/01/2021	12:00:00	0.0057	0.0047	0.0074	0.0120	165.1	2.1	24.5	19.7
26/01/2021	13:00:00	0.0039	0.0023	0.0032	0.0055	264.6	4.9	25.9	15.0
26/01/2021	14:00:00	0.0034	0.0021	0.0031	0.0052	259.8	6.2	26.6	13.3
26/01/2021	15:00:00	0.0018	0.0016	0.0030	0.0046	263.8	6.8	27.3	11.1
26/01/2021	16:00:00	0.0014	0.0019	0.0035	0.0054	252.2	5.9	27.9	11.9
26/01/2021	17:00:00	0.0010	0.0019	0.0039	0.0058	270.8	5.0	28.0	12.8
26/01/2021	18:00:00	0.0008	0.0015	0.0048	0.0063	281.4	4.6	27.1	15.0
26/01/2021	19:00:00	0.0009	0.0022	0.0075	0.0098	271.6	4.2	25.4	18.3
26/01/2021	20:00:00	0.0006	0.0019	0.0063	0.0082	275.9	5.0	24.3	19.4
26/01/2021	21:00:00	0.0006	0.0014	0.0060	0.0075	227.0	2.5	23.4	21.5
26/01/2021	22:00:00	0.0005	0.0009	0.0046	0.0053	224.8	1.8	22.4	22.6
26/01/2021	23:00:00	0.0003	0.0006	0.0041	0.0047	276.3	2.9	21.7	22.7

PROMEDIO 24 HORAS	0.0036	0.014	0.033	0.024
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	27/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
27/01/2021	00:00:00	0.0003	0.0006	0.0047	0.0052	256.4	2.4	20.8	23.8
27/01/2021	01:00:00	0.0004	0.0006	0.0045	0.0052	196.1	1.7	20.1	25.6
27/01/2021	02:00:00	0.0003	0.0000	0.0028	0.0028	209.1	2.7	19.5	27.3
27/01/2021	03:00:00	0.0002	0.0002	0.0037	0.0039	213.0	1.2	18.6	28.8
27/01/2021	04:00:00	0.0003	0.0005	0.0051	0.0054	246.2	1.6	17.0	32.9
27/01/2021	05:00:00	0.0038	0.0146	0.0245	0.0391	157.5	0.8	15.0	37.8
27/01/2021	06:00:00	0.0024	0.0107	0.0179	0.0285	290.1	0.9	13.8	42.8
27/01/2021	07:00:00	0.0020	0.0120	0.0151	0.0268	280.3	1.1	13.2	45.0
27/01/2021	08:00:00	0.0035	0.0400	0.0168	0.0558	169.9	1.3	13.3	43.6
27/01/2021	09:00:00	0.0046	0.0495	0.0190	0.0682	132.6	1.5	15.8	35.4
27/01/2021	10:00:00	0.0041	0.0197	0.0124	0.0322	243.3	1.4	19.1	28.4
27/01/2021	11:00:00	0.0024	0.0045	0.0061	0.0105	167.3	1.2	22.5	20.2
27/01/2021	12:00:00	0.0022	0.0044	0.0073	0.0118	136.0	1.7	24.3	15.8
27/01/2021	13:00:00	0.0027	0.0051	0.0081	0.0133	106.5	2.5	25.6	14.5
27/01/2021	14:00:00	0.0022	0.0036	0.0066	0.0105	87.2	3.2	26.4	15.1
27/01/2021	15:00:00	0.0018	0.0027	0.0055	0.0083	85.2	5.6	26.0	22.1
27/01/2021	16:00:00	0.0019	0.0023	0.0057	0.0080	95.0	6.6	24.5	36.8
27/01/2021	17:00:00	0.0017	0.0023	0.0064	0.0087	108.3	7.1	21.9	50.9
27/01/2021	18:00:00	0.0014	0.0023	0.0073	0.0096	114.0	6.9	19.5	60.3
27/01/2021	19:00:00	0.0014	0.0020	0.0095	0.0114	113.3	6.2	17.4	68.6
27/01/2021	20:00:00	0.0013	0.0015	0.0106	0.0121	114.0	5.4	16.1	75.3
27/01/2021	21:00:00	0.0013	0.0016	0.0092	0.0107	108.1	5.3	14.4	78.4
27/01/2021	22:00:00	0.0013	0.0012	0.0065	0.0077	138.0	5.0	14.4	78.5
27/01/2021	23:00:00	0.0013	0.0010	0.0054	0.0063	141.8	4.8	13.6	79.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0019	0.008	0.025	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	28/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
28/01/2021	00:00:00	0.0012	0.0005	0.0035	0.0039	143.0	4.0	13.5	78.5
28/01/2021	01:00:00	0.0008	0.0004	0.0020	0.0023	146.3	4.5	12.9	78.8
28/01/2021	02:00:00	0.0007	0.0004	0.0021	0.0024	153.3	4.6	11.9	81.6
28/01/2021	03:00:00	0.0005	0.0003	0.0019	0.0021	152.3	3.4	11.6	82.3
28/01/2021	04:00:00	0.0004	0.0002	0.0019	0.0020	149.2	3.2	11.4	81.7
28/01/2021	05:00:00	0.0003	0.0004	0.0022	0.0027	144.8	3.4	11.5	80.0
28/01/2021	06:00:00	0.0002	0.0006	0.0034	0.0039	140.5	3.2	11.1	79.2
28/01/2021	07:00:00	0.0001	0.0007	0.0048	0.0054	124.0	3.0	10.7	78.7
28/01/2021	08:00:00	0.0003	0.0016	0.0110	0.0128	107.7	2.9	10.8	77.2
28/01/2021	09:00:00	0.0011	0.0051	0.0183	0.0236	79.0	2.8	10.5	75.0
28/01/2021	10:00:00	0.0013	0.0051	0.0154	0.0207	92.5	2.7	10.7	71.0
28/01/2021	11:00:00	0.0016	0.0057	0.0122	0.0180	115.0	3.2	11.9	68.8
28/01/2021	12:00:00	0.0011	0.0042	0.0077	0.0120	139.4	3.2	13.2	67.3
28/01/2021	13:00:00	0.0014	0.0025	0.0054	0.0080	133.0	3.4	15.4	60.2
28/01/2021	14:00:00	0.0015	0.0036	0.0059	0.0095	149.4	3.6	17.2	53.5
28/01/2021	15:00:00	0.0018	0.0030	0.0061	0.0090	135.5	3.2	18.7	49.7
28/01/2021	16:00:00	0.0017	0.0030	0.0063	0.0093	116.2	3.2	20.5	43.7
28/01/2021	17:00:00	0.0015	0.0030	0.0071	0.0102	105.7	4.7	20.1	45.7
28/01/2021	18:00:00	0.0013	0.0033	0.0088	0.0120	102.9	5.5	17.6	53.3
28/01/2021	19:00:00	0.0013	0.0026	0.0112	0.0139	107.8	4.7	14.9	62.5
28/01/2021	20:00:00	0.0014	0.0017	0.0112	0.0129	106.1	4.6	13.0	69.4
28/01/2021	21:00:00	0.0014	0.0015	0.0100	0.0116	126.1	4.4	12.7	72.2
28/01/2021	22:00:00	0.0018	0.0012	0.0047	0.0058	145.7	4.8	13.6	71.5
28/01/2021	23:00:00	0.0016	0.0008	0.0110	0.0118	104.6	3.2	13.0	70.4

PROMEDIO 24 HORAS	0.0011	0.002	0.018	0.009
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	29/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
29/01/2021	00:00:00	0.0014	0.0007	0.0083	0.0090	106.6	3.6	13.0	72.7
29/01/2021	01:00:00	0.0012	0.0004	0.0055	0.0058	99.3	2.6	12.6	74.4
29/01/2021	02:00:00	0.0011	0.0003	0.0047	0.0050	92.0	2.7	12.2	76.6
29/01/2021	03:00:00	0.0010	0.0002	0.0033	0.0035	138.6	2.7	12.6	77.1
29/01/2021	04:00:00	0.0011	0.0001	0.0032	0.0033	142.0	2.8	12.4	78.1
29/01/2021	05:00:00	0.0008	0.0005	0.0024	0.0029	150.4	3.0	12.3	78.5
29/01/2021	06:00:00	0.0008	0.0004	0.0027	0.0032	154.7	2.8	12.1	79.4
29/01/2021	07:00:00	0.0005	0.0006	0.0035	0.0041	152.7	2.6	11.9	80.3
29/01/2021	08:00:00	0.0006	0.0014	0.0069	0.0083	149.9	2.6	12.1	79.4
29/01/2021	09:00:00	0.0007	0.0045	0.0095	0.0139	162.4	2.5	12.5	78.1
29/01/2021	10:00:00	0.0009	0.0036	0.0071	0.0107	144.9	2.4	12.7	77.0
29/01/2021	11:00:00	0.0012	0.0045	0.0068	0.0110	138.1	2.1	13.6	73.0
29/01/2021	12:00:00	0.0014	0.0032	0.0054	0.0087	119.7	1.8	15.4	65.6
29/01/2021	13:00:00	0.0017	0.0039	0.0084	0.0123	102.1	1.7	17.3	58.2
29/01/2021	14:00:00	0.0022	0.0051	0.0119	0.0169	91.4	2.0	19.0	52.1
29/01/2021	15:00:00	0.0025	0.0039	0.0108	0.0147	111.9	1.9	20.6	46.2
29/01/2021	16:00:00	0.0025	0.0035	0.0105	0.0139	88.6	1.8	22.4	38.9
29/01/2021	17:00:00	0.0025	0.0028	0.0097	0.0126	129.1	1.7	23.3	36.2
29/01/2021	18:00:00	0.0021	0.0031	0.0106	0.0137	49.3	2.4	22.0	42.3
29/01/2021	19:00:00	0.0021	0.0039	0.0140	0.0180	51.2	2.4	19.7	50.0
29/01/2021	20:00:00	0.0022	0.0046	0.0173	0.0219	125.1	2.5	17.8	57.2
29/01/2021	21:00:00	0.0022	0.0023	0.0113	0.0136	129.4	2.4	16.1	65.2
29/01/2021	22:00:00	0.0024	0.0020	0.0149	0.0169	121.9	1.8	15.3	68.7
29/01/2021	23:00:00	0.0030	0.0033	0.0226	0.0259	134.3	1.3	15.0	69.8

PROMEDIO 24 HORAS	0.0015	0.002	0.017	0.011
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	30/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
30/01/2021	00:00:00	0.0028	0.0042	0.0250	0.0293	92.5	1.1	14.5	71.4
30/01/2021	01:00:00	0.0028	0.0030	0.0242	0.0272	116.1	0.8	13.7	74.6
30/01/2021	02:00:00	0.0031	0.0017	0.0167	0.0183	191.8	0.7	12.9	77.9
30/01/2021	03:00:00	0.0030	0.0018	0.0183	0.0201	180.2	0.7	12.3	79.9
30/01/2021	04:00:00	0.0030	0.0013	0.0151	0.0165	158.4	0.6	11.8	81.5
30/01/2021	05:00:00	0.0030	0.0019	0.0162	0.0179	143.5	0.7	11.5	83.8
30/01/2021	06:00:00	0.0036	0.0136	0.0183	0.0319	243.4	0.9	10.9	84.8
30/01/2021	07:00:00	0.0040	0.0174	0.0201	0.0373	143.5	0.9	10.7	86.9
30/01/2021	08:00:00	0.0053	0.0461	0.0230	0.0695	126.0	1.0	11.1	85.7
30/01/2021	09:00:00	0.0069	0.0395	0.0259	0.0657	115.4	1.4	14.0	73.4
30/01/2021	10:00:00	0.0079	0.0176	0.0210	0.0387	120.9	1.7	17.2	61.5
30/01/2021	11:00:00	0.0087	0.0070	0.0128	0.0200	108.3	2.8	21.1	43.8
30/01/2021	12:00:00	0.0076	0.0044	0.0103	0.0147	112.0	3.1	23.2	35.8
30/01/2021	13:00:00	0.0081	0.0042	0.0137	0.0178	107.3	2.5	25.7	28.5
30/01/2021	14:00:00	0.0069	0.0026	0.0110	0.0137	120.1	2.0	27.8	20.6
30/01/2021	15:00:00	0.0054	0.0013	0.0071	0.0084	188.0	2.1	28.6	17.6
30/01/2021	16:00:00	0.0049	0.0012	0.0079	0.0091	70.0	2.2	29.3	16.8
30/01/2021	17:00:00	0.0033	0.0016	0.0093	0.0109	63.8	2.6	29.1	18.3
30/01/2021	18:00:00	0.0014	0.0018	0.0089	0.0107	72.8	2.5	28.5	19.7
30/01/2021	19:00:00	0.0012	0.0025	0.0186	0.0209	71.9	1.9	26.9	23.1
30/01/2021	20:00:00	0.0022	0.0029	0.0224	0.0256	128.2	2.5	25.0	31.8
30/01/2021	21:00:00	0.0029	0.0091	0.0313	0.0410	162.9	1.3	23.4	37.0
30/01/2021	22:00:00	0.0040	0.0283	0.0374	0.0652	209.6	0.8	21.6	41.0
30/01/2021	23:00:00	0.0037	0.0075	0.0292	0.0368	264.0	1.0	19.8	46.3

PROMEDIO 24 HORAS	0.0044	0.009	0.037	0.027
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³

REPORTE DE DATOS HORARIOS VALIDADOS

Estación:	DIF
Fecha:	31/01/2021

STATUS	
Clave	Significado
CAL	Calibración
MAN	Mantenimiento
AE	Alarma de Equipo
DI	Dato Inválido
BIT	Bitácora
0.00	Sin presencia
NAN	No Aplica Norma

	CUMPLE CON LIMITES
	NO CUMPLE CON LIMITES

Fecha	Hora	SO2	NO	NO2	NOX	DATOS METEOROLÓGICOS			
						WD	WS	TEMP	HR
31/01/2021	00:00:00	0.0038	0.0059	0.0256	0.0314	217.5	0.5	18.7	48.0
31/01/2021	01:00:00	0.0042	0.0158	0.0274	0.0438	145.2	0.7	17.8	51.6
31/01/2021	02:00:00	0.0039	0.0092	0.0253	0.0345	259.1	0.7	16.9	53.8
31/01/2021	03:00:00	0.0035	0.0017	0.0198	0.0215	273.7	0.9	16.0	56.6
31/01/2021	04:00:00	0.0031	0.0018	0.0198	0.0216	231.5	0.9	15.3	59.3
31/01/2021	05:00:00	0.0029	0.0012	0.0183	0.0193	286.8	1.0	14.6	62.4
31/01/2021	06:00:00	0.0025	0.0007	0.0144	0.0151	263.6	0.8	13.9	63.4
31/01/2021	07:00:00	0.0024	0.0071	0.0185	0.0259	259.6	0.7	13.7	63.4
31/01/2021	08:00:00	0.0027	0.0106	0.0194	0.0301	255.2	0.5	13.4	64.8
31/01/2021	09:00:00	0.0023	0.0118	0.0179	0.0295	282.1	0.5	17.6	49.0
31/01/2021	10:00:00	0.0030	0.0092	0.0153	0.0246	200.3	0.8	20.7	38.1
31/01/2021	11:00:00	0.0033	0.0053	0.0121	0.0176	96.3	2.3	22.6	30.1
31/01/2021	12:00:00	0.0022	0.0029	0.0078	0.0108	120.9	3.1	24.1	25.8
31/01/2021	13:00:00	0.0014	0.0020	0.0042	0.0062	118.0	3.8	25.2	22.0
31/01/2021	14:00:00	0.0011	0.0024	0.0047	0.0070	110.6	5.0	25.7	22.1
31/01/2021	15:00:00	0.0018	0.0018	0.0044	0.0062	100.8	5.2	26.0	21.3
31/01/2021	16:00:00	0.0016	0.0016	0.0041	0.0057	96.1	6.0	25.3	26.3
31/01/2021	17:00:00	0.0018	0.0018	0.0044	0.0063	104.5	6.6	24.1	35.7
31/01/2021	18:00:00	0.0019	0.0015	0.0048	0.0063	106.3	7.0	22.0	43.3
31/01/2021	19:00:00	0.0016	0.0012	0.0053	0.0066	112.8	6.6	19.1	50.7
31/01/2021	20:00:00	0.0016	0.0010	0.0064	0.0074	118.7	5.3	17.2	63.6
31/01/2021	21:00:00	0.0017	0.0010	0.0071	0.0081	131.1	4.1	16.7	65.0
31/01/2021	22:00:00	0.0016	0.0009	0.0047	0.0057	148.7	4.5	16.4	66.9
31/01/2021	23:00:00	0.0017	0.0007	0.0039	0.0046	146.4	3.9	16.1	70.0

PROMEDIO 24 HORAS	0.0024	0.004	0.027	0.017
LIMITE MÁXIMO PERMISIBLE	0.11	NAN	0.21	NAN

REFERENCIA		
CONTAMINANTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO
O3	NOM-020-SSA1-2014 (DOF, 2014)	95 PPB
CO	NOM-021-SSA1-1993 (DOF, 1994)	11 PPM
NO2	NOM-023-SSA1-1993(DOF, 1994)	210 PPB
SO2	NOM-022-SSA1-2010 (DOF, 2010)	110 PPB
PM10	NOM-025-SSA1-2014 (DOF, 2014)	75 µg/m ³